

Mikrosebészeti eszközök beszerzése - Korrigendum

Közbeszerzési Értesítő száma:	2019/74
Beszerzés tárgya:	Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:	Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2019.04.16.
Iktatószám:	6448/2019
CPV Kód:	33169000-2
Ajánlatkérő:	Szegedi Tudományegyetem
Teljesítés helye:	
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:	

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

Információ és online formanyomtatványok:

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

2014/23/EU irányelv

2014/24/EU irányelv

2014/25/EU irányelv

Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.

I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információknak megfelelően)

I.1) Név és címek

Hivatalos név: [Szegedi Tudományegyetem](#)

Nemzeti azonosítószám: [EKRSZ_95571285](#)

Postai cím: [Dugonics Tér 13](#)

Város: [Szeged](#)

NUTS-kód: [HU333](#)

Postai irányítószám: [6720](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Dr. Koczkás Izabella](#)

Telefon: [+36 62544062](#)

E-mail: koczkas.izabella@gmf.u-szeged.hu

Fax: [+36 62544062](#)

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1)

Elnevezés: [Mikrosebészeti eszközök beszerzése Skill képzéshez](#)

Hivatkozási szám: [EKR000248202019](#)

II.1.2) Fő CPV-kód:

[Fő szójegyzék](#)

[Kiegészítő szójegyzék](#)

Fő tárgy:

[33169000-2](#)

II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:

[Adásvételi szerződés alapján mikrosebészeti oktatáshoz szükséges eszközök beszerzése az EFOP-4.2.1-16-2017-00014 azonosító számú projekt keretében](#)

[Projektazonosító: 18/Ny/2019/SZTE](#)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

[2019/04/11](#) (éééé/hh/nn)

VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai

Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja

eNotices

TED eSender

Egyéb mód:

TED eSender bejelentkezés: [TED88](#)

TED eSender ügyfél bejelentkezés: [TED88](#)

Hirdetmény hivatkozási száma: [2019 - 5032](#) (év és a dokumentum száma)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [2019 /S 059 - 135851](#)

Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:

[2019/03/20](#) (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások

VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

VII.1.1) A módosítás oka

Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása

A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)

Szakasz száma:

II . 2 . 4

Rész száma: 1

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése

A következő helyett:

Adásvételi szerződés alapján sebészeti oktató mikroszkóp, vágókészülékek, műtőlámpák és UH-eszköztisztító beszerzése az EFOP-4.2.1-16-2017-00014 azonosító számú projekt keretében Adásvételi szerződés alapján nyertes ajánlattevő az alábbi eszközök szállítására köteles:

1. csomag: 1 db posztgraduális mikrosebészeti oktatáshoz szükséges, ideális professzionális sebészeti oktató MASTER mikroszkóp (High-end 1), egyidejű laterális és oppozit asszisztenssel, kamera kimenettel és monitorral, betanítással;

- oszlop körbeforgathatósága: min. 340° max. 360°

- Legalább 3 tengelyen elforgatható csuklós szerkezet: a csuklók forgatási lehetősége mindkét irányba min. ± 150°, max. 270°

- Kiegyensúlyozás: min. 3 - max. 6 tengelyre

- Apokromatikus lencserendszer

- Nagyítási tartomány: min. 2-12x

- Betanítás: 1 fő részére, 2 alkalommal, alkalmanként 4 óra (összesen 8 óra időtartamban)

2. csomag: 5 db mikrosebészeti oktatáshoz optimális nagyfrekvenciás sebészi vágókészülék, elektródákkal;

- Maximum vágási teljesítmény: legalább 50W, max. 150W

- Wolfrám tű elektróda csatlakozási lehetőség

- Bipoláris csipesz csatlakozási lehetősége

- Kétkapcsolós újrasztilizálható nyél megléte

3. csomag: 10 db mobil mikrosebészeti műtőlámpa;

- Könnyen egy kézzel pozícionálható lámpafej

- Megvilágítás erőssége: 1 m -en mérve: min.: 60.000 lux - max. 100.000 lux

- Megvilágított terület átmérője: min.: 15 cm max. 25 cm között állítható

- Színvisszaadási index: jobb, mint Ra 90

4. csomag: 1 db ultrahangos eszköztisztító.

- Hőmérséklet-kontrollált ultrahangos tisztítás: min. 20 és max. 80oC hőmérséklettartomány között

- Sweep és degas funkciók

- Rozsdamentes acélból készült tisztítómedence: űrtartalma min. 9 liter - max. 15 liter

- LED kijelzővel ellátott kontroll panel (maradék-idő és hőmérséklet kijelzésre)

A fentiekben ismertetett adatok – a karakterkorlátra tekintettel - táj. jellegűek, a részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció és annak mellékletei (különösen műszaki leírás) tartalmazzák. AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, amennyiben a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja.

Helyesen:

Adásvételi szerződés alapján sebészeti oktató mikroszkóp, vágókészülékek, műtőlámpák és UH-eszköztisztító beszerzése az EFOP-4.2.1-16-2017-00014 azonosító számú projekt keretében Adásvételi szerződés alapján nyertes ajánlattevő az alábbi eszközök szállítására köteles:

1. csomag: 1 db posztgraduális mikrosebészeti oktatáshoz szükséges, ideális professzionális sebészeti oktató MASTER mikroszkóp (High-end 1), egyidejű laterális és oppozit asszisztenssel, kamera kimenettel és monitorral, betanítással;
 - oszlop körbeforgathatósága: min. 340° max. 360°
 - Legalább 3 tengelyen elforgatható csuklós szerkezet: a csuklók forgatási lehetősége mindkét irányba min. ± 150°, max. 270°
 - Kiegyensúlyozás: min. 3 - max. 6 tengelyre
 - Apokromatikus lencserendszer
 - Nagyítási tartomány: min. 2-12x
 - Betanítás: 1 fő részére, 2 alkalommal, alkalmanként 4 óra (összesen 8 óra időtartamban)
2. csomag: 5 db mikrosebészeti oktatáshoz optimális nagyfrekvenciás sebészi vágókészülék, elektródákkal; (AK a specifikációban rögzített előírást „Igényelt mennyiség: 10 db” módosította, a felhívással megegyezően: „Igényelt mennyiség: 5 db”)
 - Maximum vágási teljesítmény: legalább 50W, max. 150W
 - Wolfrám tű elektróda csatlakozási lehetőség
 - Bipoláris csipesz csatlakozási lehetősége
 - Kétkapcsolós újrasztilizálható nyél megléte
3. csomag: 10 db mobil mikrosebészeti műtőlámpa;
 - Könnyen egy kézzel pozícionálható lámpafej
 - Megvilágítás erőssége: 1 m -en mérve: min.: 60.000 lux - max. 100.000 lux
 - Megvilágított terület átmérője: min.: 15 cm max. 25 cm között állítható
 - Színvisszaadási index: jobb, mint Ra 90
4. csomag: 1 db ultrahangos eszköztisztító.
 - Hőmérséklet-kontrollált ultrahangos tisztítás: min. 20 és max. 80°C hőmérséklettartomány között

- Sweep és degas funkciók
- Rozsdamentes acélból készült tisztítómedence: űrtartalma min. 9 liter - max. 15 liter
- LED kijelzővel ellátott kontroll panel (maradék-idő és hőmérséklet kijelzésre)

A fentiekben ismertetett adatok – a karakterkorlátra tekintettel - táj. jellegűek, a részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció és annak mellékletei (különösen műszaki leírás) tartalmazzák. AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, amennyiben a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja.

Szakasz száma:

..

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

Helyesen:

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

Szakasz száma:

..

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:

Dátum: (éééé/hh/nn)

Helyi idő: (óó:pp)

Helyesen:

Dátum: (éééé/hh/nn)

Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:

II . 2 . 4

Rész száma: 3

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése

A következő helyett:

Adásvételi szerződés alapján mikrosebészeti kézi eszközök beszerzése az EFOP-4.2.1-16-2017-00014 azonosító számú projekt keretében

Adásvételi szerződés alapján nyertes AT az alábbi eszközök szállítására köteles:

1. csomag: 20 db mikrosebészeti önfeltáró (Alm);

- Hossz: min. 6cm, max. 8cm

- Fej: min. 4 max. 6mm-es, mindkét oldalon 4-4 db hegyes végű karommal

- Szár: csavaros állítószerkezettel ellátott

2. csomag: 60db finom anatómiai csipesz;

- Hossz: min. 13cm, max. 15cm

- Fej: egyenes, min. 1mm, max. 1,2mm széles hegygel

- Szár: recézett

3. csomag: 40db mikrosebészeti érfogó;

- Hossz: min. 9cm, max. 12,5cm

- Fej: hajlított

- Hegy: min. 1mm, max. 1,2mm széles

4. csomag: 30db zárható mikrosebészeti tűfogó;

- Hossz: min.13cm-max.15cm

- Hegy: 0,4mm széles

- Fej: hajlított, vége felé behúzott kialakítás

5. csomag: 40db mikrosebészeti olló;

- Hossz: min.13cm-max.15cm

- Fej/Vágóél: hajlított

- Felülete: recézett csúszásmentes
- 6. csomag: 40db mikrosebészeti fonalfogó csipesz (egyenes hegyű);
 - Hossz: min.13cm-max.15cm
 - Hegy: 0,3mm széles, fonalfogásra kialakított, megvastagított végződés
 - Markolat: domború kialakítású
- 7. csomag: 40db mikrosebészeti fonalfogó csipesz (hajlított hegyű);
 - Hossz: min.13cm-max.15cm
 - Hegy: 0,3mm széles, fonalfogásra kialakított, megvastagított végződés
- 8. csomag: 40db finom kialakítású supercut preparáló olló;
 - Hossz: min.11cm-max.13cm
 - Fej: hajlított vágóél
 - Hátsó vágóélen mikrorecézés (supercut)
- 9. csomag: 40db Supercut Iris olló;
 - Hossz: min. 10cm, max. 11cm
 - Fej/vágóél: egyenes, hegyes-hegyes
 - Hátsó vágóélen mikrorecézés-supercut
- 10. csomag: 40db mikrosebészeti ér-approximátor (Biemer-Müller);
 - Mindkét csipesz mozog az összekötő rúdon
 - Fej: egyenes, hossza: min.6mm-max.9mm
 - Zárónyomás: 25-30g
- 11. csomag: 40db mikrosebészeti ér-csipesz (Biemer);
 - Fej: egyenes, hossza: min.6mm-max.9mm
 - Nyitás: 3-5mm
 - Felülete: csúszásmentes, matt
- 12. csomag: 10db kliprakó Biemer ércsipeszhez és ér-approximátorhoz;
 - Hossz: min. 14cm, max. 15cm
 - Alkalmazás: 9mm-es Biemer-Müller approximátorhoz
 - Zárószervezet
- 13. csomag: 30db mikrosebészeti tűfogó;
 - Hossz: min.13cm-max.15cm
 - Hegy: 0,4mm széles
 - Fej: hajlított, vége felé behúzott kialakítás
 - Markolat alakja: domború kialakítás
- 14. csomag: 30db finom horgas csipesz;
 - Hossz: min.13cm, max.15cm
 - Fej: horgas kialakítás 1x2 foggal, egyenes fej, min 1mm, max.1,2mm széles hegyvel
 - Szár: recézett
- 15. csomag: 30db Supercut Mayo olló;
 - Hossz: min.15cm-max.17cm
 - Fej: hajlított vágóél
 - Vágóél kialakítása: Hátsó vágóélen mikrorecézés-supercut
- 16. csomag: 30 db sterilizálható mikrosebészeti eszköztálca fedővel;
 - Hossza: min.220mm, max.280mm
 - Szélessége: min.160mm, max. 250mm
 - Magassága: min.30mm, max.40mm
 - Kialakítás: fém tálca zárható tetővel

17. csomag: 30 db mikrosebészeti atraumatikus DeBaKey csipesz;

- Mérete: Min. 13cm, max 16cm

- Fej szélesség: min.2mm-max. 2,5mm

- Kialakítás: Markolat recézett, pofák kialakítása atraumatikus, DeBaKey-féle fogazattal

18. csomag: 30db Mayo olló

- Hossz: min. 16cm, max. 18cm

- Fej: hajlított vágóél

19. csomag: 40db Supercut Jameson olló

- Hossz: min. 14cm, max. 16cm

- Fej: hajlított vágóélen

- Vágóél kialakítása: Hátsó vágóélen mikrorecézés-supercut

A fentiekben ismertetett adatok – a karakterkorlátra tekintettel – táj. jellegűek, részletes műszaki leírást a közbesz. dok. és annak mellékletei (különösen műszaki leírás) tartalmazzák.

AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46. § (3) bek. alapján rögzíti, amennyiben a közbesz. tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dok.-ban

meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási

folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja.

Helyesen:

Adásvételi szerződés alapján mikrosebészeti kézi eszközök beszerzése az

EFOP-4.2.1-16-2017-00014 azonosító számú projekt keretében

Adásvételi szerződés alapján nyertes AT az alábbi eszközök szállítására köteles:

1. csomag: 20db mikrosebészeti önfeltáró(Alm);

- Hossz: min.6cm, max.8cm

- Fej: min.4 max.6mm-es, mindkét oldalon 4-4db hegyes végű karommal

- Szár: csavaros állítószerkezettel ellátott

2. csomag: 60db finom anatómiai csipesz;

- Hossz: min.13cm, max.15cm

- Fej: egyenes, min.1mm, max.1,2mm széles hegygel

- Szár: recézett

3. csomag: 40db mikrosebészeti érfogó;

- Hossz: min.9cm, max.12,5cm

- Fej: hajlított

- Hegy: min.1mm, max.1,2mm széles

4. csomag: 30db zárható mikrosebészeti túfogó;

- Hossz: min.13cm-max.15cm

- Hegy: 0,4mm széles

- Fej: hajlított, vége felé behúzott kialakítás

5. csomag: 40db mikrosebészeti olló;

- Hossz: min.13cm-max.15cm

- Fej/Vágóél: hajlított

- Felülete: recézett csúszásmentes

6. csomag: 40db mikrosebészeti fonalfogó csipesz (egyenes hegyű);

- Hossz: min.13cm-max.15cm
- Hegy: 0,3mm széles, fonalfogásra kialakított, megvastagított végződés
- Markolat: domború kialakítású
- 7. csomag: 40db mikrosebészeti fonalfogó csipesz (hajlított hegyű);
- Hossz: min.13cm-max.15cm
- Hegy: 0,3mm széles, fonalfogásra kialakított, megvastagított végződés
- 8. csomag: 40db finom kialakítású supercut preparáló olló;
- Hossz: min.11cm-max.13cm
- Fej: hajlított vágóél
- Hátsó vágóélen mikrorecézés (supercut)
- 9. csomag: 40db Supercut Iris olló;
- Hossz: min.10cm, max.11cm
- Fej/vágóél: egyenes, hegyes-hegyes
- Hátsó vágóélen mikrorecézés-supercut
- 10. csomag: 40db mikrosebészeti ér-approximátor (Biemer-Müller);
- Mindkét csipesz mozog az összekötő rúdon
- Fej: egyenes, hossza: min.6mm-max.9mm
- Zárónyomás: 25-30g
- 11. csomag: 40db mikrosebészeti ér-csipesz (Biemer);
- Fej: egyenes, hossza: min.6mm-max.9mm
- Nyitás: 3-5mm
- Felülete: csúszásmentes,matt
- 12. csomag: 10db kliprakó Biemer ércsipeszhez és ér-approximátorhoz;
- Hossz: min. 14cm, max. 15cm
- Alkalmazás: 9mm-es Biemer-Müller approximátorhoz
- Zárószervezet
- 13. csomag: 30db mikrosebészeti tűfogó;
- Hossz: min.13cm-max.15cm
- Hegy: 0,4mm széles
- Fej: hajlított, vége felé behúzott kialakítás
- Markolat alakja: domború kialakítás
- 14. csomag: 30db finom horgas csipesz;
- Hossz: min.13cm, max.15cm
- Fej: horgas kialakítás 1x2 foggal, egyenes fej, min1mm, max.1,2mm széles hegygel
- Szár: recézett
- 15. csomag: 30db Supercut Mayo olló;
- Hossz: min.15cm-max.17cm
- Fej: hajlított vágóél
- Vágóél kialakítása: Hátsó vágóélen mikrorecézés-supercut
- 16. csomag: 30 db sterilizálható mikrosebészeti eszköztálca fedővel;
- Hossza: min.220mm, max.280mm
- Szélessége: min.160mm, max. 250mm
- Magassága: min.30mm, max.40mm
- Kialakítás: fém tálca zárható tetővel
- 17. csomag: 30db mikrosebészeti atraumatikus DeBakey csipesz;
- Mérete: Min.13cm, max16cm

- Fej szélesség: min.2mm-max.2,5mm
- Kialakítás: Markolat recézett,pofák kialakítása atraumatikus,DeBakey-féle fogazattal
- AK a specifikációban rögzített előírást „Fogak száma 2x3” törölte

18. csomag: 30db Mayo olló

- Hossz: min.16cm, max.18cm
- Fej: hajlított vágóél

19. csomag: 40db Supercut Jameson olló

- Hossz: min.14cm, max.16cm
- Fej: hajlított vágóélen
- Vágóél kialakítása: Hátsó vágóélen mikrorecézés-supercut

Fentiekben ismertetett adatok–karakterkorlátokra tekintettel–táj. jellegűek, részl. műszaki leírást közbesz.dok. és annak mellékletei(különösen műszaki leírás)tartalmazzák. AK 321/2015.(X. 30.)Korm.r. 46.§(3)bek. alapján rögzíti, amennyiben a közbesz. tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy felhívásban és dok.-ban meghat. gyártmányú vagy eredetű dologra, ill. konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, AK a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja.

Szakasz száma:

..

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Helyesen:

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

Szakasz száma:

..

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:

Dátum: (éééé/hh/nn)

Helyi idő: (óó:pp)

Helyesen:

Dátum: (éééé/hh/nn)

Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:

II . 2 . 4

Rész száma: 4

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése

A következő helyett:

Adásvételi szerződés alapján mikrosebészeti oktatáshoz fonal egységcsomagok beszerzése az EFOP-4.2.1-16-2017-00014 azonosító számú projekt keretében

Adásvételi szerződés alapján nyertes ajánlattevő az alábbi eszközök szállítására köteles:

1. csomag: 30 doboz mikrosebészeti fonal egységcsomag (8/0-s) 130 mikronos tűvel;

- Fonal anyaga, mérete (vastagsága): Polyamid anyagú fonal 8-0-s méret

- Fonal anyagi minősége: monofil, nem felszívódó, fekete színű

- Fonal hossza: min. 13 cm, max. 16 cm

- Round bodied atraumatikus tű, Szimpla, pontban elhegyesedő körtű

- Tű vastagsága: min 130. max. 140 mikron

- Tű hossza: min. 5 mm - max. 6 mm

- Kiszerezés: 12 db fonal/doboz

2. csomag: 30 doboz mikrosebészeti fonal egységcsomag (9/0-s) 100 mikronos tűvel;

- Polyamid anyagú fonal 9-0-s méret

- Fonal anyagi minősége: monofil, nem felszívódó, fekete színű

- Fonal hossza: min. 13 cm, max. 16 cm

- Tű vastagsága: 100 mikron

- Tű hossza: min. 5 mm - max. 6 mm

3. csomag: 30 doboz mikrosebészeti fonal egységcsomag (10/0-s) 100 mikronos tűvel;

- Fonal anyaga, mérete (vastagsága): Polyamid anyagú fonal 10-0-s méret

- Fonal anyagi minősége: monofil, nem felszívódó, fekete színű

- Fonal hossza: min. 13 cm, max. 16 cm

- Tű: Round bodied atraumatikus tű, Szimpla, pontban elhegyesedő körtű

- Tű alakja: 3/8

- Tű vastagsága: 100 mikron

- Tű hossza: min. 5 mm - max. 6 mm

- Kiszerezés: 12 db fonal/doboz

4. csomag: 20 doboz mikrosebészeti fonal egységcsomag (10/0-s) 70 mikronos tűvel;

- Fonal anyaga, mérete (vastagsága): Polyamid anyagú fonal 10-0-s méret

- Fonal anyagi minősége: monofil, nem felszívódó, fekete színű

- Fonal hossza: min. 13 cm, max. 16 cm

- Tű: Round bodied atraumatikus tű, Szimpla, pontban elhegyesedő körtű

- Tű alakja: 3/8

- Tű vastagsága: 70 mikron

- Tű hossza: min. 3,8 mm - max. 5 mm

- Kiszerezés: 12 db fonal/doboz

A fentiekben ismertetett adatok – a karakterkorlátra tekintettel - tájékoztató jellegűek, a részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció és annak mellékletei (különösen műszaki leírás) tartalmazzák. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja.

Helyesen:

Adásvételi szerződés alapján mikrosebészeti oktatáshoz fonal egységcsomagok beszerzése az EFOP-4.2.1-16-2017-00014 azonosító számú projekt keretében

Adásvételi szerződés alapján nyertes ajánlattevő az alábbi eszközök szállítására köteles:

1. csomag: 30 doboz mikrosebészeti fonal egységcsomag (8/0-s) 130 mikronos tűvel;

- Fonal anyaga, mérete (vastagsága): Polyamid anyagú fonal 8-0-s méret

- Fonal anyagi minősége: monofil, nem felszívódó, fekete színű

- Fonal hossza: min. 13 cm, max. 16 cm

- Round bodied atraumatikus tű, Szimpla, pontban elhegyesedő körtű

- Tű vastagsága: min 130. max. 140 mikron

- Tű hossza: min. 5 mm - max. 6 mm

- Kiszerezés: 12 db fonal/doboz

2. csomag: 30 doboz mikrosebészeti fonal egységcsomag (9/0-s) 100 mikronos tűvel;

- Polyamid anyagú fonal 9-0-s méret

- Fonal anyagi minősége: monofil, nem felszívódó, fekete színű

- Fonal hossza: min. 13 cm, max. 16 cm

- Tű vastagsága: 100 mikron

- Tű hossza: min. 5 mm - max. 6 mm

3. csomag: 30 doboz mikrosebészeti fonal egységcsomag (10/0-s) 100 mikronos tűvel;

- Fonal anyaga, mérete (vastagsága): Polyamid anyagú fonal 10-0-s méret

- Fonal anyagi minősége: monofil, nem felszívódó, fekete színű

- Fonal hossza: min. 13 cm, max. 16 cm

- Tű: Round bodied atraumatikus tű, Szimpla, pontban elhegyesedő körtű

- Tű alakja: 3/8

- Tű vastagsága: 100 mikron

- Tű hossza: min. 5 mm - max. 6 mm

- Kiszerezés: 12 db fonal/doboz

4. csomag: 20 doboz mikrosebészeti fonal egységcsomag (10/0-s) 70 mikronos tűvel;

- Fonal anyaga, mérete (vastagsága): Polyamid anyagú fonal 10-0-s méret

- Fonal anyagi minősége: monofil, nem felszívódó, fekete színű

- Fonal hossza: min. 10 cm, max. 16 cm

- Tű: Round bodied atraumatikus tű, Szimpla, pontban elhegyesedő körtű

- Tű alakja: 3/8

- Tű vastagsága: 70 mikron

- Tű hossza: min. 3,8 mm - max. 5 mm

- Kiszerezés: 12 db fonal/doboz

A fentiekben ismertetett adatok – a karakterkorlátra tekintettel - tájékoztató jellegűek, a részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció és annak mellékletei (különösen műszaki leírás) tartalmazzák. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja.

Szakasz száma:

..

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Helyesen:

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

Szakasz száma:

..

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:

Dátum: (éééé/hh/nn)

Helyi idő: (óó:pp)

Helyesen:

Dátum: (éééé/hh/nn)

Helyi idő: (óó:pp)

VII.2) További információk:

Ajánlatkérő a Kbt. 52. (5) bekezdésének és a Kbt. 55. § (1) bekezdésének figyelembe vételével módosította az ajánlati felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat.

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben

7 közzétételre nem kerülő kötelező információ