



KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG

ELNÖK

Iktatószám: HNT-00467/04/2017.

Döntés ***hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásról***

A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 103. § (4) bekezdése alapján megállapítja, hogy a **Semmelweis Egyetem** (a továbbiakban: Ajánlatkérő) mint ajánlatkérő által „**Droplet digitális PCR + PCR Plate Sealer beszerzése**” tárgyban indított

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott.

Indokolás

Ajánlatkérő 2017. november 7. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, hogy a Kbt. 98. § (2) bekezdésének c) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít „**Droplet digitális PCR + PCR Plate Sealer beszerzése**” tárgyban.

Ajánlatkérő a hiánypótlási felhívást követően a Kbt. 103. § (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, valamint csatolta a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának alkalmazhatóságát igazoló dokumentumokat.

Ajánlatkérő előadta, hogy a beszerzés a magyar onkogenom és személyre szabott daganat diagnosztika és terápia nemzeti program című NVKP_16 pályázat keretében valósul meg. Ajánlatkérő előadta továbbá, hogy műszaki-technikai sajátosságokra tekintettel a pályázatban vizsgálni tervezett több ezer mintában kimutatott több ezer variáns nyomonkövetésére csak egy automatizált és egyidejűleg több mintát is vizsgálni képes rendszer alkalmas, aminek csak a Biorad digitális droplet PCR felel meg. A Droplet digitális PCR és a PCR Plate Sealer rendszerek beszerzése elengedhetetlen a támogatási szerződésben foglalt célkitűzések megvalósításához. A BioRad digitális droplet PCR rendszere egyidejűleg 96 minta kezelésére alkalmas, míg a piacon található berendezések egyidejűleg egyetlen mintát képesek analizálni. A BioRad készülék automatizált mintaelőkészítéssel rendelkezik, így a 96 minta előkészítése teljesen automatizált, míg a piacon található berendezések esetében minden egyes minta manuális előkészítést igényel.

Ajánlatkérő igazolta, hogy a szerződés műszaki-technikai sajátosságok miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel, az ajánlattételre felhívott Bio-Rad Magyarország Kft.-vel köthető meg. Ajánlatkérő fentiek igazolására becsatolta a gyártó, a Bio-Rad Laboratories, Inc.

1026 Budapest, Riadó utca 5.
1525 Budapest, Pf. 166.
www.kozbeszerzes.hu
E-mail: hnt@kt.hu

Telefon: +36 1 882-8502
Fax: +36 1 882-8503

meghatalmazó levelét, valamint az ajánlattételre felkért gazdasági szereplő ügyvezetőjének kizárólagos jogot alátámasztó nyilatkozatát is.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkezésre bocsátott iratokból megállapítható, hogy **Ajánlatkérő részére nem létezik más, reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, valamint, hogy a verseny hiánya nem annak következménye, hogy Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg.**

A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Kbt. 189. §-a alapján a szükséges vizsgálatokat elvégezte, a vizsgálata során megállapította, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának megalapozottsága megállapítható.

Jelen döntést a Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Közbeszerzési Hatóság honlapján is közzéteszi a 103. § (4) bekezdésének megfelelően.

Budapest, 2017. november 22.

